



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L10118

国健检测

# 检验检测报告

## Test Report

报告编号: GW0419-2024

产品名称  
Product Name

儿童口罩

委托单位  
Client

上海支米空气科技净化有限公司

生产单位  
Manufacturer

上海支米空气科技净化有限公司

检验检测类别  
Test Type

委托检验

江苏国健检测技术有限公司

Jiangsu Guojian Testing Technology Co.,Ltd





## 检验检测报告

## Test Report



报告编号: GW0419-2024

共 3 页 第 1 页

产品名称 Product name	儿童口罩	规格型号 Specification	95S
		商 标 Brand	支米空气
委托单位/地址/联系电话 Client/Add/Tel	上海支米空气科技净化有限公司/上海市松江区泗泾镇米易路 166 号 1 幢 201/15900943335		
生产单位/地址/联系电话 Manufacturer/Add/Tel	上海支米空气科技净化有限公司/上海市松江区泗泾镇米易路 166 号 1 幢 201/15900943335		
样品等级 Sample grade	KN95	样品编号 Sample number	GW0419-2024
样品数量 Sample quantity	30 只	样品接收日期 Receiving date of sample	2024/02/26
检验检测类别 Test type	委托检验	货号/批号/款号 Article number/Batch number/Style number	—
检验检测日期 Test date	2024/02/26 ~ 2024/03/01	检验检测地点 Test site	本公司检验室
样品状态 Sample state	符合检验检测要求	样品描述 Sample description	详见样品照片
检验检测依据 Test standard(s)	GB 2626-2019 《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》		
检验检测项目 Test item(s)	泄漏性、过滤效率		
检验检测结果 Test result	具体检验结果详见第 2-4 页。		
备 注 Note	样品信息由委托方提供, 本报告仅对来样负责。		

批准:

苏祥群

审核:

吴廷杰

编制:

李明月





# 检验检测结果

## Test Result



报告编号: GW0419-2024

共 3 页 第 2 页

序号 S.No.	检验检测项目 Test item	单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验检测结果 Test result								单项评价 Single item decision
				受试者	样品 编号	D1 (%)	D2 (%)	D3 (%)	D4 (%)	D5 (%)	TIL (%)	
1	泄漏性	—	当以每个动作的 TIL 为评价基础时 (即 10 人×5 个动作),50 个动作中至少有 46 个动作的 TIL<11%; 以人的总体 TIL 为评价基础时, 10 个受试者中至少有 8 个人的总体 TIL<8%。	未处理								合格
				Zhu P.F.	21	0.9	1.2	1.7	1.5	1.4	1.3	
				Shan L.	22	0.6	0.8	0.6	1.2	0.7	0.8	
				Gu B.H.	23	1.1	1.5	1.6	2.2	1.3	1.5	
				Li M.Y.	24	0.8	1.0	1.3	1.6	1.0	1.1	
				Wu Q.J.	25	0.9	1.4	1.3	2.5	1.5	1.5	
				温度湿度预处理								
				Su H.Q.	26	1.2	1.6	1.9	2.2	1.3	1.6	
				Ma Ch.	27	0.4	0.7	0.9	1.2	0.6	0.8	
				Lu D.Y.	28	1.5	2.1	1.8	2.4	1.7	1.9	
				Tan T.	29	0.8	1.5	1.3	1.7	0.9	1.2	
				Deng Zh.P.	30	1.0	1.3	1.8	1.5	1.2	1.4	

受试者的面部尺寸:

试验者	面部长度(mm)	面部宽度(mm)	面部深度(mm)	嘴巴宽度(mm)
Zhu P.F.	120	130	109	59
Shan L.	122	140	115	65
Gu B.H.	119	160	139	55
Li M.Y.	112	123	113	55
Wu Q.J.	115	119	110	59
Su H.Q.	103	130	100	50
Ma Ch.	115	129	120	50
Lu D.Y.	110	121	110	53
Tan T.	108	129	117	55
Deng Zh.P.	121	135	120	58



# 检验检测结果

## Test Result



报告编号: GW0419-2024

共 3 页 第 3 页

序号 S.No.	检验检测项目 Test item	单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验检测结果 Test result		单项评价 Single item decision	
2	过滤效率	—	$\geq 95\%$	未处理	试样 1	98.8%	合格
					试样 2	99.0%	
					试样 3	98.9%	
					试样 4	98.6%	
					试样 5	99.1%	
					试样 6	98.7%	
					试样 7	98.9%	
					试样 8	99.0%	
					试样 9	98.5%	
					试样 10	98.7%	
					试样 11	99.1%	
					试样 12	98.7%	
					试样 13	98.5%	
					试样 14	98.9%	
					试样 15	98.3%	
				温度湿度 预处理	试样 16	98.3%	
					试样 17	98.5%	
					试样 18	98.8%	
					试样 19	98.2%	
					试样 20	98.6%	
备注							

附件 A: 样品照片



以下空白



# 注 意 事 项

- 一、本检验报告如未加盖我公司检验报告专用章或数据涂改的均无效。
- 二、对本报告中检验结果有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。
- 三、送样委托检验，本公司仅对来样负责，检验结果供委托者了解样品品质之用。
- 四、本检验报告未经允许，不得以任何方式复制。经同意复制的检验报告应全文复制并经本公司加盖检验报告专用章确认后方有效。
- 五、受检剩余样品务必在收到本检验报告三个月（时效期短的按有效期限）内领取，逾期不领者，将按我公司规定处理。

公司地址：无锡太湖国际科技园兴业楼 D 栋三层 邮政编码：214000

联系电话：0510-85385997、0510-85387433 、0510-85384551

传真：0510-85387433

## Points For Attention

1. This test report shall not be valid if it is not stamped with this Company special seal or data modification for the test report.
2. Any dissidence with the test results in this report should be submitted to this Company within 15 days from the date of receiving the report.
3. As for entrusted inspection of sample supplied by client, this Company is only responsible for the test results of the sample, which are used to provide the client with a good understanding of the sample quality.
4. This test report shall not be reproduced in any way without permission. The copy of the test report shall be reproduced in full and shall be valid after confirmed by this Company for affixing the special seal of test report.
5. The remaining samples of the test must be taken back within three months or shelf life whichever is shorter from receiving this test report. Those which are overdue to be taken back will be dealt with in accordance with this Company's regulations.

**Company address:** 3/F., Unit D, Xingye Building, Taihu International Tech-Park, Wuxi, Jiangsu, China

**Postal code:**214000

**Telephone number:**0510-85385997、0510-85387433 、0510-85384551

**Fax:**0510-85387433